

NL SPYCRA[®]

CONTACT

Steriele eenzijdig silicone-klevende wondcontactlaag ontwikkeld met 'ReSkin Silicone Skin Technology'

Productomschrijving
Elastische, eenzijdig silicone-klevende wondcontactlaag bestaande uit een fijne laag van soepele, zachte polyamide vezels met zelfklevende eigenschappen. Elastisch, her-positioneerbaar en met afgeronde hoeken om nog beter ter plaatse te blijven. Wijdmazige structuur zodat wondvocht, bij gebruik op zeer natte wonden, gemakkelijk verticaal kan migreren naar een secundair absorberend verband.
Absorbeert geen wondvocht.

"ReSkin Silicone Skin Technology"
"ReSkin Silicone Skin Technology" is een gepatenteerde zachte, zelfklevende siliconen hechtlaag welke harmonieus verwerkt werd in de wondcontactlaag. Dankzij de "ReSkin Silicone Skin Technology" verkleeft Spycra Contact niet in de wonde en verzekert een minimum aan trauma bij verwijderren, zelfs in moeilijke omstandigheden wanneer de wonde "droog" wordt. Op de huid verzekert "ReSkin Silicone Skin Technology" een zachte doch perfecte aankleving zonder verlies van epidermis of pijn bij verbandwissel. Dankzij de "ReSkin Silicone Skin Technology" kan de wondcontactlaag gebruikt worden bij de verzorging van exsuderende of bloedende wonden waarbij het comfort van de patiënt centraal staat (pijnloze verwijdering van de verbandwissel in combinatie met een ondersteuning van de wondheling).

Beschrijving van de werking
Door de wijdmazige structuur kan wondvocht gemakkelijk verticaal migreren naar een secundair absorberend verband. Het wondvocht komt hierdoor niet in aanraking met de omliggende huid waardoor maceratie vermeden wordt. Het secundair absorberend kompres moet vervangen worden naargelang de conditie van de wonde en de hoeveelheid exsudaat teneinde secundaire verweking van de wondranden te voorkomen. Door de integriteit van de wondcontactlaag en de eigenschappen van de zachte siliconenlaag kan deze meerdere dagen ter plaatse blijven en kan, indien nodig, pijnloos en zonder trauma verwijderd worden.

Toepassingen
Geschikt als wondcontactlaag voor de verzorging van droge tot zeer natte wonden zoals skin tears -scheurwonden -, schaafwonden, chirurgische incisies, 2de graads brandwonden, fixatie van transplanten, diabetische ulcera, veneuze en arteriële ulcera, decubituswonden, Negative Pressure Wound Therapy,

Gebruiksaanwijzing

1. Maak, indien nodig, de wonde schoon en droog de huid rondom de wonde.
2. Kies een Spycra Contact welke de wonde volledig bedekt en zorg daarbij voor een overlap van minimaal 2cm op de omliggende gezonde huid. Voor grotere wonden wordt een bredere overlapping gevraagd. Indien nodig kan, voordat het bescherm papier verwijderd is, Spycra Contact op maat geknipt worden. Het verdient de voorkeur een grotere maat te kiezen boven het overlappen van

Spycra Contact is gebaseerd op de 'ReSkin Silicone Skin Technology' ontwikkeld door Reskin Medical N.V.




Reskin Medical NV, Ravenshout Z 5.2.50, B-3980 Tessenderlo, Belgium

T: +32 (0)13 67 13 67, F: +32 (0)13 67 13 68



STERILE EO
MADE IN EU



meerdere kleinere stukken zodat een perfect kleven van het verband kan gewaarborgd worden. (Spycra Contact geeft slechts een beperkte hechting met zichzelf en bijgevolg wordt het gebruik van meerdere kleinere overlappende stukjes Spycra Contact afgeraden).

3. Hou Spycra Contact vast met het bescherm papier naar boven gericht. Vooraleer het bescherm papier te verwijderen wordt aangeraden eerst zachtjes het geheel uit te rekken. Het bescherm papier ter hoogte van de golvende insnede kan nu gemakkelijk worden vastgenomen.
4. Neem tegelijkertijd links (met de linkse hand) en rechts (met de rechtse hand) een top van de golvende insnede vast. Verwijder nu het bescherm papier door tegelijkertijd links en rechts gelijkmatig aan het bescherm papier te trekken tot er nog ongeveer 1 à 2 cm bescherm papier kleeft aan SpycraContact. Bevochtig handschoenen om verkleving te voorkomen.
5. Plaats Spycra Contact op de wonde en zorg voor een goede aansluiting op de omliggende huid.
6. Verwijder de resterende bescherm papieren. Draag er zorg voor dat Spycra Contact op een niet-uitgerokken wijze is aangebracht. Indien nodig kan het verband of een deel er van losgemaakt worden en geherpositioneerd worden. Locale behandelingen met corticosteroiden, anti-bacteriële zalven of hydrogels kunnen onder, maar ook boven op Spycra Contact worden aangebracht
7. Plaats een secundair absorberend verband of kompres bovenop Spycra Contact.
8. Eventueel kan het secundair verband gefixeerd worden met een breedfixatiepleister of een zwachtel. Kan ook in combinatie met compressieverbanden gebruikt worden.

Verbandwisseling

Spycra Contact kan, afhankelijk van de conditie van de wonde of de omliggende huid, tot 14 dagen ter plaatse blijven of zoals aangegeven volgens het gebruikelijke verzorgingsprotocol (de gaatjes dienen open te blijven zodat het wondexsudaat gemakkelijk kan migreren naar een secundair kompres). Het kompres of absorberend verband dient bij verzadiging vervangen te worden. Voor eenmalig gebruik.
Bij een onverwachte verandering van de conditie van de wonde dient een arts geraadpleegd te worden.

Voorzorgsmaatregelen

- Bij een wondinfectie dient een arts geraadpleegd te worden voor de juiste medische behandeling
 - Bij brandwonden met huidtransplantaten (meshed grafts): vermijd het gebruik van onnodige druk op Spycra Contact.
 - Bij fixatie van transplantaten: Spycra Contact 5 dagen laten zitten
 - Bij een zwetende of vochtige huid: mogelijkheid voor onvoldoende verkleving ter hoogte van de wondranden. Voor gebruik, de huid maximaal drogen.
- Steriliteit is gewaarborgd indien de verpakking niet beschadigd is en niet geopend voor gebruik. Niet opnieuw steriliseren.
Ingeval hergebruik is Spycra Contact uiteraard niet meer steriel. Spycra Contact kan gecontamineerd zijn met verhoogd risico op wondinfectie als gevolg. Gebruik op eigen risico.



STERILE EO
MADE IN EU



Eenmalig gebruik - Usage unique
Single use - Eimalig te gebruiken

INGREDIENTS: PA Poliamide + medical
soft silicone gel

issued 2014-1